

定期接種の対象となる風しん抗体価

測定キット名（製造販売元）	検査方法	抗体価
風疹ウイルス HI 試薬「生研」 （デンカ生研株式会社）	赤血球凝縮抑制法 （HI 法）	8 倍以下 （希釈倍率）
R-HI「生研」 （デンカ生研株式会社）	赤血球凝縮抑制法 （HI 法）	8 倍以下 （希釈倍率）
ウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG （デンカ生研株式会社）	酵素免疫法 （EIA 法）	6. 0 未満 （EIA 価）
エンザイグノスト B 風疹/IgG （シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）	酵素免疫法 （EIA 法）	1.5 未満 （国際単位 (IU) /ml）
バイダス アッセイキット RUB IgG （シスメックス・ビオメリュー株式会社）	蛍光酵素免疫法 （ELFA 法）	2.5 未満 （国際単位 (IU) /ml）
ランピア ラテックス RUBELLA （極東製薬工業株式会社）	ラテックス免疫比濁法（LTI 法）	1.5 未満 （国際単位 (IU) /ml）
アクセス ルベラ IgG （ベックマン・コールター株式会社）	化学発光酵素免疫法（CLEIA 法）	2.0 未満 （国際単位 (IU) /ml）
i-アッセイ CL 風疹 IgG （株式会社保健科学西日本）	化学発光酵素免疫法（CLEIA 法）	1.1 未満 （抗体価）
BioPlex MMRV IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法 （FIA 法）	1.5 未満 （抗体価 AI*）
BioPlex ToRC IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法 （FIA 法）	1.5 未満 （国際単位 (IU) /ml）

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位
（今後キットの追加の可能性あり）